



**POLSKI
ŁĄD**



Brody, dnia 22.03.2023 r.

Nazwa zamówienia: Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody

Numer postępowania: I.271.6.2023

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ

Do Wykonawców

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) udziela się wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Dot. Lasera

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser o poniższych parametrach :

- Skaner generujący zsynchronizowane ze sobą fale w tej samej jednostce czasu:
 - ciągłą o długości 808 nm,
 - impulsową o długości 905 nm,
- Rozwiązania technologiczne zapewniające bezpieczeństwo termiczne, przyrost temperatury o maks. 4 °C,
- Moc średnia skanera 3,3 W, moc w impulsie 3 x 25 W,
- Szerokość wiązki o powierzchnia 20 cm²,
- Maksymalny obszar zabiegowy 900 cm²,
- Zrobotyzowana głowica poruszająca się w 5 kierunkach,
- Elektromechanicznie regulowany kąt nachylenia ramienia i wysokości kolumny,
- Dwa w pełni niezależne kanały,
- Możliwość zapisania 15 kont dla personelu medycznego,
- Sonda ręczna o mocy średniej 1,1 W i mocy w impulsie 25W,
- Szerokość wiązki sondy ręcznej o średnicy 2cm±0,5cm,
- Zakres częstotliwość od 1 do 2 kHz,
- Laser na podstawie jezdnej,
- Przycisk bezpieczeństwa,
- Hasło dostępu,



**POLSKI
ŁAD**



- Automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający, w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał minimalne wymagania, które powinny być spełnione w zakresie parametrów, którymi powinien się charakteryzować oferowany sprzęt. Zamawiający podtrzymuje wskazane wymagania.

Wskazane przez Pytającego parametry lasera mają bezpośredni wpływ na jakość, efektywność, skuteczność i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. W związku z tym, iż wskazane przez Pytającego parametry lasera znacząco odbiegają w wielu aspektach od parametrów minimalnie wymaganych, Zamawiający nie zaakceptuje aparatu który posiada parametry wskazane przez Pytającego. Zamawiający nie dopuszcza aparatów o parametrach gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Dot. Fali uderzeniowej skupionej

Czy Zamawiający dopuści do postępowania falę uderzeniową o poniższych parametrach :

- funkcja wyświetlania bieżących parametrów oraz możliwość zmiany z poziomu panelu sterującego (przyciski), przycisk na głowicy START/STOP
- urządzenie posiadające regulację wszystkich stosowanych parametrów zabiegowych w tym regulacji ilości uderzeń (regulacja w zakresie o 500 do 8000 ze skokiem o 500), regulacja intensywności mocy w 29 poziomach, regulacja częstotliwości w zakresie od 1 do 12 Hz,
- głębokość penetracji dla maksymalnej gęstości energii 40mm ze skokiem co 5mm. 8 aplikatorów do precyzyjnego dawkowania,
- ciśnienie dodatnie do 82 MPa. wyższe ciśnienie przekłada się na wyższą gęstość energii do 0,82mJ/mm²,
- posiada jeden tryb pracy, bez wbudowanych programów terapeutycznych i własnych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający, w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał minimalne wymagania, które powinny być spełnione w zakresie parametrów, którymi powinien się charakteryzować oferowany sprzęt. Zamawiający podtrzymuje wskazane wymagania.

Wskazane przez Pytającego parametry fali uderzeniowej mają bezpośredni wpływ na efektywność, skuteczność i bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. W związku z tym, iż wskazane przez Pytającego parametry fali uderzeniowej znacząco odbiegają w wielu aspektach od parametrów minimalnie wymaganych, Zamawiający nie zaakceptuje aparatu fali



**POLSKI
ŁAD**



uderzeniowej który posiada parametry wskazane przez Pytającego. Zamawiający nie dopuszcza aparatów o parametrach gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat